



Liquid QC™ Cardiac Marker Control Tri-Level

Contents: 2x3 mL / Level 1, 2 & 3

Catalog No. Lot No. Exp Date

91424

0704046

2009-02



INTENDED USE

FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE

CLINIQA® Liquid QC™ Cardiac Marker Control is intended for use as an assayed quality control material for CK-MB, Digoxin, hsCRP, hCG, Myoglobin and Troponin I. CLINIQA Liquid QC Cardiac Marker Control is not intended for use as a standard.

SUMMARY

In clinical laboratories the use of quality control materials to objectively monitor the accuracy and precision of procedures is well established. CLINIQA Liquid QC Cardiac Marker Control is provided at three levels to assist in the monitoring of analytical systems within the clinical range.

PRODUCT DESCRIPTION

CLINIQA Liquid QC Cardiac Marker Control is prepared from human plasma, human plasma and human proteins. Preservatives and stabilizers have been added to maintain product integrity. CLINIQA Liquid QC Cardiac Marker Control is a ready-to-use liquid control requiring no reconstitution or frozen storage.

STORAGE AND STABILITY

CLINIQA Liquid QC Cardiac Marker Control is stable until the expiration date on the vial label when stored unopened at 2-8°C. Once opened, CLINIQA Liquid QC Cardiac Marker Control is stable for 30 days when stored tightly capped at 2-8°C.

PROCEDURE

CLINIQA Liquid QC Cardiac Marker Control should be treated the same as patient specimens and run in accordance with the instructions accompanying the test system being used. Gently mix the contents of each vial before sampling to ensure homogeneity. Replace cap immediately and store at 2-8°C.

LIMITATIONS OF PROCEDURE

CLINIQA Liquid QC Cardiac Marker Control should not be used past the expiration date on the vial label. If there is evidence of microbial contamination or excessive turbidity in the product, discard the vial.

CLINIQA Liquid QC Cardiac Marker Control is a stabilized liquid product. To obtain consistent

assay values, CLINIQA Liquid QC Cardiac Marker Control requires storage and handling as detailed in STORAGE and STABILITY.

Accurate and reproducible results are dependent upon properly functioning instruments and reagents. The published assay values were obtained using reagents and procedures available at the time of assay. In the event reagents or procedures are altered by the manufacturer, different assay values may be obtained.

ASSIGNMENT OF VALUES

The assigned mean values were derived from analyses of vials representative of the entire lot. Analyte values were obtained from laboratories of the instrument manufacturer, manufacturers of instrument specific reagents, or from reference laboratories.

The Expected Range of the Mean is provided to assist the laboratory until it has established its own mean and standard deviation. It is considered good laboratory practice for each laboratory to establish its own mean and standard deviation for its test methods. The indicated Mean and Expected Range of the Mean should serve as a guide in assessing the performance of each test method.

The values are usually method dependent. The variations which can occur over time and between laboratories may be attributed to differences in laboratory technique, instrumentation, reagent lot, method modifications, and other systematic errors including random errors.

CAUTION

Human source material. Treat as potentially infectious.

Each serum/plasma donor unit used in the manufacture of this product has been tested by FDA accepted methods and found non-reactive for the presence of HBsAg and antibody to HIV-1/2, HCV and HIV-1 Ag. While these methods are highly accurate, they do not guarantee that all infected units will be detected. Because no known test method can offer complete assurance the hepatitis B virus, hepatitis C virus, human immunodeficiency virus (HIV) or other infectious agents are absent, all products containing human source material should be considered potentially infectious and handled with the same precautions used with patient specimens.

USAGE PRÉVU

RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT À USAGE DIAGNOSTIQUE IN VITRO.

Le témoin de marqueur cardiaque CLINIQA Liquid QC™ est prévu pour être utilisé comme matériau de contrôle de qualité dosé pour CK-MB, Digoxin, hsCRP, hCG, Myoglobine et Troponin I. Le témoin de marqueur cardiaque CLINIQA Liquid QC n'est pas prévu pour être utilisé comme étalon.

RÉSUMÉ

L'emploi de matériaux de contrôle de qualité pour surveiller objectivement l'exactitude et la précision des procédures en usage dans le laboratoire clinique d'analyses a été bien établi. Le témoin de marqueur cardiaque CLINIQA Liquid QC est fourni à trois niveaux pour aider au contrôle des systèmes analytiques à l'intérieur de la plage clinique.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le témoin de marqueur cardiaque CLINIQA Liquid QC est préparé à partir de plasma humain et protéines humaines. Des agents conservateurs et des stabilisateurs ont été ajoutés pour préserver l'intégrité du produit.

Le témoin de marqueur cardiaque CLINIQA Liquid QC est un témoin liquide prêt à l'emploi ne nécessitant aucune reconstitution ni congélation pendant le stockage.

CONSERVATION ET STABILITÉ

Les témoins de marqueur cardiaque CLINIQA Liquid QC sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette des flacons lorsqu'on les conserve sans les avoir ouverts à une température de 2 à 8 °C. Une fois ouverts, les témoins de marqueur cardiaque CLINIQA Liquid QC sont stables pendant 30 jours lorsqu'on les conserve hermétiquement clos à une température de 2 à 8 °C.

PROCÉDURE

Les témoins de marqueur cardiaque CLINIQA Liquid QC doivent être manipulés de la même manière que les spécimens de patients et traités conformément aux instructions accompagnant le système d'essai utilisé, instructions du fabricant. Mélanger délicatement le contenu de chaque flacon pour assurer l'homogénéité du contenu avant d'effectuer les prélèvements. Reboucher immédiatement et conserver à une température de 2 à 8 °C.

LIMITES DE LA PROCÉDURE

Le témoin de marqueur cardiaque CLINIQA Liquid QC ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption indiquée sur l'étiquette du flacon. En cas de contamination microbienne évidente ou de trouble excessif du produit, jeter le flacon.

VERWENDUNGSZWECK

FÜR IN-VITRO-DIAGNOSE

CLINIQA Liquid QC™ Infarktmarker-Kontrolle ist für die Verwendung als geprüftes Qualitätskontrolle material für Infarktmarker-Analyse von CK-MB, Digoxin, hsCRP, hCG, Myoglobin und Troponin I. Bestimmt. CLINIQA Liquid QC Infarktmarker-Kontrolle ist nicht für die Verwendung als Standard bestimmt.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Verwendung von Qualitätskontrollmaterialien für die objektive Überwachung der Genauigkeit und Präzision der in klinischen Labors eingesetzten Verfahren ist eine etablierte Methode. CLINIQA Liquid QC Infarktmarker-Kontrolle wird auf drei Levels geliefert, um die Überwachung von analytischen Systemen innerhalb des klinischen Bereichs zu erleichtern.

PRODUKTBESCHREIBUNG

CLINIQA Liquid QC Infarktmarker-Kontrolle wird aus Humanplasma hergestellt, Humanplasma und Humanproteine. Konservierungsmittel und Stabilisatoren wurden zur Aufrechterhaltung der Produktintegrität hinzugefügt. CLINIQA Liquid QC Infarktmarker-Kontrolle ist eine einsatzbereite flüssige Kontrolle, die kein Rekonstituieren und keine Tiefkühlagerung erfordert.

LAGERUNG UND STABILITÄT

CLINIQA Liquid QC Infarktmarker-Kontrolle sind bis zu dem auf dem Röhrchenetikett aufgedruckten Verfallsdatum stabil, wenn sie ungeöffnet bei 2-8°C gelagert werden. Nach dem Öffnen sind CLINIQA Liquid QC Infarktmarker-Kontrolle 30 Tage lang stabil, wenn sie mit fest verschlossener Kappe bei 2-8°C aufbewahrt werden.

VERFAHREN

CLINIQA Liquid QC Infarktmarker-Kontrolle sollte auf gleiche Weise wie die Patientenproben behandelt werden und gemäß der dem verwendeten.

Den Inhalt jedes Röhrchens sanft mischen, bevor eine Probe zur Prüfung der Homogenität entnommen wird. Die Kappe sofort wieder anbringen und das Röhrchen bei 2-8°C aufbewahren.

GRENZEN DES VERFAHRENS

CLINIQA Liquid QC Infarktmarker-Kontrolle sollte nicht nach dem auf dem Röhrchenetikett aufgedruckten Verfallsdatum verwendet werden. CLINIQA Liquid QC Infarktmarker-Kontrolle ist ein stabilisiertes flüssiges Produkt. Zur Gewährleistung konstanter Assay-Werte, muss CLINIQA Liquid QC Infarktmarker-Kontrolle gemäß der Anweisungen unter LAGERUNG

Pour obtenir des valeurs de dosage régulières, le témoin de marqueur cardiaque CLINIQA Liquid QC exige des conditions de stockage et de manipulation décrites en détail dans la section CONSERVATION et STABILITÉ.

Les valeurs de dosage publiées ont été obtenues par l'emploi des réactifs et des procédures disponibles au moment du dosage. Dans l'éventualité où les réactifs et les procédures auraient été modifiés par le fabricant, on pourra obtenir des valeurs de dosage différentes.

ATTRIBUTION DE VALEURS

Les valeurs moyennes attribuées ont été dérivées d'analyses de flacons représentatifs de l'ensemble du lot. Les valeurs des analytes ont été obtenues des laboratoires du fabricant d'instrument, des fabricants de réactifs spécifiques à l'instrument ou de laboratoires de référence.

La plage attendue de la moyenne est fournie pour aider le laboratoire jusqu'à ce qu'il ait pu établir sa propre moyenne et son écart type. On considère comme bonne pratique le fait pour chaque laboratoire d'établir ses propres moyennes et écarts types pour ses méthodes d'essai. La moyenne indiquée et la plage attendue de la moyenne peuvent servir de guides pour l'évaluation des performances de chaque méthode d'essai.

Les valeurs dépendent habituellement de la méthode utilisée. Les variations pouvant survenir au cours du temps et d'un laboratoire à l'autre peuvent être attribuées aux différences de technique des laboratoires, à l'instrumentation, aux lots de réactifs, aux modifications des méthodes et à d'autres erreurs systématiques, notamment les erreurs dues au hasard.

ATTENTION

Matériau d'origine humaine. À traiter comme pouvant être infectieux.

Chacune des unités de sérum/plasma provenant d'un donneur et utilisée dans la fabrication de ce produit a subi des essais selon des méthodes agréées par l'agence FDA et ces unités ont été jugées non réactives relativement à la présence de HBsAg et d'anticorps au VIH-1/2, VHC et VIH-1 Ag. Bien que ces méthodes soient d'une grande exactitude, elles ne garantissent pas que toutes les unités infectées seront détectées. Étant donné qu'aucune méthode d'essai connue ne peut offrir l'assurance totale d'absence de virus de l'hépatite B, de l'hépatite C et de l'immunodéficience humaine (VIH) ou d'autres agents infectieux, tous les produits contenant des matériaux d'origine humaine doivent être considérés comme pouvant être infectieux et manipulés avec les mêmes précautions que l'on emploie avec les spécimens de patients.

und STABILITÄT aufbewahrt und gehandhabt werden.

Die veröffentlichten Assay-Werte wurden unter Verwendung der zum Zeitpunkt der Herausgabe verfügbaren Reagenzien und Verfahren gewonnen. Wenn der Hersteller andere Reagenzien oder Verfahren einsetzt, können andere Assay-Werte erzielt werden.

ZUORDNUNG DER WERTE

Zugeordnete Mittelwerte wurden aus Analysen von Röhrchen, die repräsentativ für das gesamte Los waren, gewonnen. Analytwerte wurden von den Labors des Instrumentherstellers, der Hersteller der instrumentenspezifischen Reagenzien oder von Referenzlabors eingeholt.

Der Erwartungsbereich um den Mittelwert wird lediglich angegeben, um das Labor zu unterstützen, bis dieses seinen eigenen Mittelwert und die Standardabweichung festgelegt hat. Jedes Labor sollte seinen eigenen Mittelwert und seine eigene Standardabweichung für seine jeweiligen Testmethoden festlegen. Der angegebene Mittelwert und Erwartungsbereich um den Mittelwert sollte als Richtlinie bei der Beurteilung der Leistung jeder Testmethode verwendet werden.

Die Werte sind normalerweise von der Methode abhängig. Die Variationen, die mit der Zeit und zwischen verschiedenen Labors auftreten können, sind auf Unterschiede in den Labormethoden, Instrumenten, Reagenzien, Methodenmodifizierungen und anderen systematischen Fehlern sowie Zufallsfehlern zurückzuführen.

VORSICHT

Substanz menschlichen Ursprungs. Muss als potenziell infektiös behandelt werden.

Jede bei der Herstellung dieses Produkts verwendete Serum-/Plasmaspendereinheit wurde unter Verwendung von FDA-akzeptierten Methoden untersucht und als nicht reaktiv für die Gegenwart von HBsAg und Antikörpern gegen HIV-1/2, HCV und HIV-1 Ag befunden. Obwohl diese Methoden äußerst genau sind, kann nicht gewährleistet werden, dass alle infizierten Einheiten entdeckt werden. Da keine bekannte Testmethode eine hundertprozentige Versicherung geben kann, dass Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus, HIV-Virus oder andere infektiöse Wirkstoffe abwesend sind, sollten alle Produkte, die Substanzen menschlichen Ursprungs enthalten, als potenziell infektiös betrachtet und mit denselben Vorsichtsmaßnahmen wie bei Patientenproben gehandhabt werden.

USO PREVISTO

PER DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO

Controllo marker cardiaci Liquid QC™ CLINIQA deve essere usato come controllo di qualità dosato per marker cardiaci sierici, analisi di CK-MB, Digoxin, hsCRP, hCG, Myoglobin and Troponin I. Controllo marker cardiaci Liquid QC CLINIQA non deve essere usato come standard.

SOMMARIO

Il ricorso ai controlli di qualità per monitorare in modo obiettivo l'accuratezza e la precisione delle procedure in uso nei laboratori clinici è ampiamente diffuso. Controllo marker cardiaci Liquid QC CLINIQA viene fornito in tre livelli per coadiuvare il monitoraggio dei sistemi analitici entro la gamma dei valori clinici.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Controllo marker cardiaci Liquid QC CLINIQA è ricavato dal plasma umano, plasma umano e proteine umane. Per preservare l'integrità del prodotto sono stati aggiunti conservanti e stabilizzanti. Controllo marker cardiaci Liquid QC CLINIQA è un controllo liquido pronto all'uso che non richiede ricostituzione o congelazione.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Controllo marker cardiaci Liquid QC CLINIQA rimangono stabili fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta della fiala, se conservati chiusi a 2-8°C. Una volta aperti, Controllo marker cardiaci Liquid QC CLINIQA rimangono stabili per 30 giorni se conservati ben chiusi a 2-8°C.

PROCEDURA

Controllo marker cardiaci Liquid QC CLINIQA deve essere trattato come i campioni del paziente e utilizzato rispettando le istruzioni allegate al sistema di analisi in uso. Prima del campionamento, miscelare delicatamente il contenuto di ogni fiala per assicurare l'omogeneità. Rimettere immediatamente il cappuccio al suo posto e conservare a 2-8°C.

LIMITAZIONI DELLA PROCEDURA

Controllo marker cardiaci Liquid QC CLINIQA non deve essere usato oltre la data di scadenza riportata sull'etichetta della fiala.

INDICACIONES

PARA USAR EN EL DIAGNÓSTICO IN VITRO

Marcador cardíaco de control CLINIQA Liquid QC™ está indicado para ser usado como un material de control de calidad analizado para marcadores cardíacos séricos, CK-MB, Digoxin, hsCRP, hCG, Myoglobin and Troponin I. Marcador cardíaco de control CLINIQA Liquid QC no está indicado para usar como estándar.

RESUMEN

El uso de materiales de control de calidad para supervisar de manera objetiva la exactitud y precisión de los procedimientos en uso en el laboratorio clínico ha quedado bien establecido. Marcador cardíaco de control CLINIQA Liquid QC es proporcionado a tres niveles para ayudar en el control de los sistemas analíticos dentro del rango clínico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Marcador cardíaco de control CLINIQA Liquid QC es preparado a partir de plasma humano, plasma humano y proteínas en plasma humano. Para mantener la integridad del producto se han agregado conservantes y estabilizadores. Marcador cardíaco de control CLINIQA Liquid QC es un líquido de control listo para usar que no requiere reconstitución o almacenamiento congelado.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Marcador cardíaco de control CLINIQA Liquid QC son estables hasta la fecha de caducidad que figura en la etiqueta de la ampolla, cuando se los almacena, sin abrir, a 2-8°C. Una vez abiertos, Marcador cardíaco de control CLINIQA Liquid QC son estables durante 30 días, cuando se los almacena bien tapados a 2-8°C.

PROCEDIMIENTO

Marcador cardíaco de control CLINIQA Liquid QC debe ser tratado de la misma manera que las muestras del paciente y ser ejecutado de acuerdo con las instrucciones que acompañan al sistema de prueba que esté utilizando. Mezcle suavemente los contenidos de cada ampolla antes de obtener la muestra, para asegurar la homogeneidad. Vuelva a colocar la tapa de inmediato y almacene a 2-8°C.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

Marcador cardíaco de control CLINIQA Liquid QC no debe ser usado una vez pasada la fecha de caducidad que figura en la etiqueta de la ampolla.

Marcador cardíaco de control CLINIQA Liquid QC es un producto líquido estabilizado. Para obtener valores de estudio consistentes, Marcador cardíaco de control CLINIQA Liquid QC necesita ser almacenado y manipulado según se detalla en ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD.

Controllo marker cardiaci Liquid QC CLINIQA è un prodotto liquido stabilizzato. Per ottenere dosaggi costanti, Controllo marker cardiaci Liquid QC CLINIQA deve essere conservato e trattato secondo i criteri di CONSERVAZIONE e STABILITÀ.

I dosaggi riportati sono stati ottenuti usando reagenti e procedure disponibili al momento della determinazione dei dosaggi stessi. Se i reagenti o le procedure vengono alterati dal fabbricante, si possono ottenere dosaggi difformi.

ATTRIBUZIONE DEI VALORI

I valori medi attribuiti sono stati ricavati da analisi di fiale rappresentative dell'intero lotto. I valori degli analiti sono stati ottenuti dai laboratori del produttore della strumentazione, dei produttori dei reagenti specifici per la strumentazione e dai laboratori di riferimento.

La variazione prevista della media viene fornita quale ausilio finché il laboratorio non definisce la propria media e la relativa deviazione standard. Ogni laboratorio dovrebbe stabilire la propria media e la relativa deviazione standard per i metodi di analisi applicati al suo interno. I valori indicati per la media e la sua variazione prevista dovrebbero servire da riferimento per valutare le prestazioni dei metodi di analisi.

In genere, i valori variano in funzione dei metodi impiegati. Le variazioni riscontrabili nel tempo e tra laboratori sono attribuibili a differenze di tecniche di laboratorio, strumentazione, lotti di reagente, variazioni di metodo e altri errori sistematici, inclusi quelli imputabili al caso.

AVVERTENZA

Materiale di origine animale. Trattare come potenzialmente infettivo.

Tutte le unità di siero/plasma del donatore utilizzate per realizzare questo prodotto sono state testate con metodi approvati dalla FDA e sono risultate negative per la presenza di HBsAg e per l'anticorpo di HIV-1/2, HCV e HIV-1 Ag. Benché tali metodi siano altamente precisi, essi non garantiscono che tutte le unità infette vengano individuate. Poiché nessun metodo di analisi noto può garantire in maniera assoluta l'assenza di virus dell'epatite B, dell'epatite C, dell'immunodeficienza umana (HIV) o di altri agenti infettivi, tutti i prodotti contenenti materiali di origine umana devono essere considerati potenzialmente infettivi e trattati con le stesse precauzioni richieste per i campioni del paziente.

Los valores de análisis publicados fueron obtenidos mediante la utilización de reactivos y procedimientos disponibles al momento del análisis. En caso en que los reactivos o los procedimientos sean alterados por el fabricante, se pueden obtener valores distintos de análisis.

ASIGNACIÓN DE VALORES

Los valores promedio asignados fueron obtenidos a partir de análisis de ampollas representativas de todo el lote. Los valores de los electrolitos fueron obtenidos a partir de los laboratorios del fabricante del instrumento, los fabricantes de los reactivos específicos para el equipo o de laboratorios de referencia.

El rango medio esperado pretende ayudar al laboratorio hasta que haya establecido sus propios valores medios y su desviación estándar. El que cada laboratorio establezca sus propios valores medios y su desviación estándar para sus métodos de prueba se considera una buena práctica de laboratorio. El valor medio indicado y el rango esperado de valores medios deberá servir como guía en la evaluación del funcionamiento de cada método de prueba.

Por lo general, los valores dependen del método. Las variaciones que pueden producirse a lo largo del tiempo y entre los distintos laboratorios, pueden ser atribuidas a las diferencias en las técnicas del laboratorio, la instrumentación, el lote de reactivos, las modificaciones del método y otros errores sistemáticos, incluidos los errores aleatorios.

PRECAUCIÓN

Material de origen humano. Considérelo como potencialmente infeccioso.

Cada unidad de suero/plasma del donante usada en la fabricación de este producto ha sido examinada de acuerdo con métodos aceptados por la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos de los EE.UU.) y se consideró no reactiva para la presencia de antígeno de superficie para la hepatitis B (HBsAg) y anticuerpo contra VIH-1/2, VHC y antígeno VIH-1 Ag. Si bien estos métodos son muy precisos, no garantizan que se detecten todas las unidades infectadas. Dado que ninguno de los métodos de prueba conocidos pueden proporcionar la seguridad completa de la ausencia del virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de inmunodeficiencia humana (VIH) u otros agentes infecciosos, todos los productos que contengan material de origen humano deben ser considerados como potencialmente infecciosos y deben ser manipulados con las mismas precauciones utilizadas para manipular las muestras de los pacientes.



Liquid QC™ Cardiac Marker Control

Catalog No.
91424

Lot No.
0704046

Exp. Date
2009-02

REF

LOT



Analyte / Instrument	Units	Level 1		Level 2		Level 3		SI Units	Level 1		Level 2		Level 3	
		LOT	0702102	LOT	0702103	LOT	0702104		LOT	0702102	LOT	0702103	LOT	0702104
		Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range			Mean	Range	Mean	Range	
TROPONIN I														
Beckman Coulter Access	ng/mL	0.119	0.095 - 0.143	0.694	0.555 - 0.833	16.4	13.1 - 19.7	µg/L	0.119	0.095 - 0.143	0.694	0.555 - 0.833	16.4	13.1 - 19.7
Ortho Vitros Eci	ng/mL	0.092	0.074 - 0.110	2.01	1.61 - 2.41	37.4	29.9 - 44.9	µg/L	0.092	0.074 - 0.110	2.01	1.61 - 2.41	37.4	29.9 - 44.9
Dade Behring Stratus	ng/mL	0.282	0.226 - 0.338	5.31	4.25 - 6.37	27.6	22.1 - 33.1	µg/L	0.282	0.226 - 0.338	5.31	4.25 - 6.37	27.6	22.1 - 33.1
Abbott AxSYM	ng/mL	0.181	0.145 - 0.217	0.990	0.792 - 1.19	13.6	10.9 - 16.3	µg/L	0.181	0.145 - 0.217	0.990	0.792 - 1.19	13.6	10.9 - 16.3
TROPONIN I ULTRA														
Bayer Advia Centaur Systems	ng/mL	0.123	0.098 - 0.148	0.924	0.739 - 1.11	23.8	19.0 - 28.6	µg/L	0.123	0.098 - 0.148	0.924	0.739 - 1.11	23.8	19.0 - 28.6
TROPONIN I ES														
Ortho Vitros Eci	ng/mL	1.11	0.888 - 1.33	7.93	6.34 - 9.52	98.7	79.0 - 118	µg/L	1.11	0.89 - 1.33	7.93	6.34 - 9.52	98.7	79.0 - 118
STAT TROPONIN I														
Tosoh AIA Systems	ng/mL	2.83	2.26 - 3.40	17.2	13.8 - 20.6	> 125	> 125	µg/L	2.83	2.26 - 3.40	17.2	13.8 - 20.6	> 125	> 125
CKMB														
Beckman Coulter Access	ng/mL	3.76	3.01 - 4.51	13.8	11.0 - 16.6	64.9	51.9 - 77.9	µg/L	3.76	3.01 - 4.51	13.8	11.0 - 16.6	64.9	51.9 - 77.9
Roche Elecsys	ng/mL	4.89	3.91 - 5.87	14.4	11.5 - 17.3	59.0	47.2 - 70.8	µg/L	4.89	3.91 - 5.87	14.4	11.5 - 17.3	59.0	47.2 - 70.8
Ortho Vitros Eci	ng/mL	2.67	2.14 - 3.20	9.35	7.48 - 11.2	40.7	32.6 - 48.8	µg/L	2.67	2.14 - 3.20	9.35	7.48 - 11.2	40.7	32.6 - 48.8
Dade Behring Stratus	ng/mL	3.09	2.47 - 3.71	12.6	10.1 - 15.1	58.2	46.6 - 69.8	µg/L	3.09	2.47 - 3.71	12.6	10.1 - 15.1	58.2	46.6 - 69.8
Tosoh AIA Systems	ng/mL	4.10	3.28 - 4.92	15.5	12.4 - 18.6	74.9	59.9 - 89.9	µg/L	4.10	3.28 - 4.92	15.5	12.4 - 18.6	74.9	59.9 - 89.9
Bayer Advia Centaur Systems	ng/mL	3.70	2.96 - 4.44	11.7	9.36 - 14.0	49.6	39.7 - 59.5	µg/L	3.70	2.96 - 4.44	11.7	9.36 - 14.0	49.6	39.7 - 59.5
Abbott AxSYM	ng/mL	4.79	3.83 - 5.75	17.3	13.8 - 20.8	80.4	64.3 - 96.5	µg/L	4.79	3.83 - 5.75	17.3	13.8 - 20.8	80.4	64.3 - 96.5
STAT CKMB														
Tosoh AIA Systems	ng/mL	4.70	3.76 - 5.64	17.1	13.7 - 20.5	80.2	64.2 - 96.2	µg/L	4.70	3.76 - 5.64	17.1	13.7 - 20.5	80.2	64.2 - 96.2
MYOGLOBIN														
Beckman Coulter Access	ng/mL	43.5	34.8 - 52.2	145	116 - 174	305	244 - 366	µg/L	43.5	34.8 - 52.2	145	116 - 174	305	244 - 366
Ortho Vitros Eci	ng/mL	115	92.0 - 138	389	311 - 467	747	598 - 896	µg/L	115	92.0 - 138	389	311 - 467	747	598 - 896
Roche Integra	ng/mL	49.6	39.7 - 59.5	159	127 - 191	334	267 - 401	µg/L	49.6	39.7 - 59.5	159	127 - 191	334	267 - 401
Bayer Advia Centaur Systems	ng/mL	50.6	40.5 - 60.7	214	171 - 257	470	376 - 564	µg/L	50.6	40.5 - 60.7	214	171 - 257	470	376 - 564
STAT MYOGLOBIN														
Tosoh AIA Systems	ng/mL	29.1	23.3 - 34.9	117	93.6 - 140	261	209 - 313	µg/L	29.1	23.3 - 34.9	117	93.6 - 140	261	209 - 313
DIGOXIN														
Beckman Coulter Access	ng/mL	0.822	0.658 - 0.986	1.68	1.34 - 2.02	2.55	2.04 - 3.06	nmol/L	1.05	0.84 - 1.26	2.15	1.72 - 2.58	3.27	2.61 - 3.92
Beckman Synchron LX/ DxC	ng/mL	0.800	0.640 - 0.960	1.85	1.48 - 2.22	2.99	2.39 - 3.59	nmol/L	1.02	0.82 - 1.23	2.37	1.90 - 2.84	3.83	3.06 - 4.60
Roche Hitachi	ng/mL	0.950	0.760 - 1.14	2.02	1.62 - 2.42	3.08	2.46 - 3.70	nmol/L	1.22	0.97 - 1.46	2.59	2.07 - 3.11	3.95	3.16 - 4.73
Ortho Vitros Systems	ng/mL	1.12	0.896 - 1.34	2.23	1.78 - 2.68	3.29	2.63 - 3.95	nmol/L	1.43	1.15 - 1.72	2.86	2.29 - 3.43	4.21	3.37 - 5.06
Roche Integra	ng/mL	1.09	0.872 - 1.31	2.19	1.75 - 2.63	3.45	2.76 - 4.14	nmol/L	1.40	1.12 - 1.68	2.81	2.24 - 3.37	4.42	3.54 - 5.30
Bayer Advia Centaur Systems	ng/mL	0.800	0.640 - 0.960	1.93	1.54 - 2.32	3.02	2.42 - 3.62	nmol/L	1.02	0.82 - 1.23	2.47	1.98 - 2.97	3.87	3.09 - 4.64
Abbott AxSYM	ng/mL	0.670	0.536 - 0.804	1.54	1.23 - 1.85	2.59	2.07 - 3.11	nmol/L	0.858	0.687 - 1.03	1.97	1.58 - 2.37	3.32	2.65 - 3.98
hsCRP														
Beckman Coulter Immage	mg/dL	0.169	0.135 - 0.203	0.475	0.380 - 0.570	0.787	0.630 - 0.944	mg/L	1.69	1.35 - 2.03	4.75	3.80 - 5.70	7.87	6.30 - 9.44
Beckman Synchron LX/ DxC	mg/dL	0.144	0.115 - 0.173	0.430	0.344 - 0.516	0.690	0.552 - 0.828	mg/L	1.44	1.15 - 1.73	4.30	3.44 - 5.16	6.90	5.52 - 8.28
Roche Integra	mg/dL	0.156	0.125 - 0.187	0.472	0.378 - 0.566	0.794	0.635 - 0.953	mg/L	1.56	1.25 - 1.87	4.72	3.78 - 5.66	7.94	6.35 - 9.53
TROPONIN T														
Roche Elecsys	ng/mL	0.056	0.045 - 0.067	0.147	0.118 - 0.176	5.21	4.17 - 6.25	µg/L	0.056	0.045 - 0.067	0.147	0.118 - 0.176	5.21	4.17 - 6.25

MANUFACTURED BY
CLINIQA CORPORATION
774 N Twin Oaks Valley Rd
San Marcos, CA 92069
USA


SALES AND TECHNICAL SUPPORT
P: 800 728 5205
+1 760 744 1900
F: +1 760 736 3773
www.cliniqa.com

FOR ORDERS AND CUSTOMER SERVICE
P: 800 728 5205
+1 760 744 1900
F: +1 760 736 3773

EC RESPONSIBLE AUTHORITY
CEpartner4U
Esdoornlaan 13
3951 DB Maarn, The Netherlands
P: +31 343 442 524
F: +31 343 442 162
EC REF

RE-ORDER INFORMATION

Liquid QC Cardiac Marker Control

Catalog No.
REF 91421
Level 1, 6x3 mL

Catalog No.
REF 91422
Level 2, 6x3 mL

Catalog No.
REF 91423
Level 3, 6x3 mL

Catalog No.
REF 91424
Tri-Level, 2x3x3 mL
Levels 1, 2 & 3